

## SPECIFIKACIJA

**PIRKIMO OBJEKTAS - Trombocitų saugojimo inkubatorius – kratytuvas**

**PERKAMAS KIEKIS – 1 vnt.**

**REIKALAVIMAI:**

Eil. Nr.	Reikalavimai įrangai	Reikalavimo reikšmė
1.	Temperatūros kontrolė ir monitoravimas	Darbinės temperatūros ribos nuo $(+ 20)^0 \text{ C}$ iki $(+ 24)^0 \text{ C}$ .
		Temperatūros aliarmo garsinis ir vaizdinis signalas.
		Mikroprocesorinis valdymas.
		Integruotas nepriklausomas maitinimo šaltinis.
		Nerūdijančio plieno temperatūros zondas.
2.	Šaldymo sistema	Su priverstine oro cirkuliacija.
		Šaldymo agentas be CFC.
		Automatinis kondensato išgarinimas.
		Temperatūros palaikymo tikslumas $\pm 1^0 \text{ C}$ .
3.	Trombocitų inkubatorius	Dvejos durys.
		Dvi maišyklės.
		Išorės ir vidaus danga atspari valymo ir dezinfekavimo medžiagoms.
		Automatinis maišymo sustabdymas atidarius duris ir maišymo automatinis pratęsimas duris uždarius.
		Atsparaus mechaniniam poveikiui nerasojančio stiklo durys su užraktu.
4.	Maišyklės	Talpa $70 \pm 20$ trombocitų maišelių (1000 ml talpos).
		Maišyklės stalčiai perforuoti, neslidūs.
		Judesių dažnis reguliuojamas, užtikrinama 60 – 70 judesių per minutę.
5.	Elektros tinklas	AC 240 V $\pm 10$ %, 50/60 Hz.
6.	Įranga turi būti ženklinta CC ženklu.	
7.	Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.	
8.	Nurodyti dokumento pavadinimą ir vietą (puslapį, punktą, pastraipą ir pan.), kurioje yra informacija apie siūlomos įrangos atitiktį nustatytiems pirkimų sąlygų reikalavimams.	
9.	Gamintojo, tiekėjo arba subtiektėjo atstovas kvalifikuoja įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification, PQ – performance qualification) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prietaiso pristatymo. Įrangos kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. Vykdytojas privalo turėti praktinės patirties kvalifikuojant įrangą (pateikti tai patvirtinančio dokumento kopiją).	
10.	Darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su trombocitų inkubatoriumi – kratytuvu ir jiems turi būti išduoti tai patvirtinantys dokumentai.	
11.	Įrangos kokybė turi atitikti Europos tarybos direktyvos 93/42 „Medicinos prietaisai“ reikalavimus.	
12.	Suteikiama ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantija.	
13.	Garantiniu laikotarpiu nemokamai atlikti trombocitų inkubatoriaus – kratytuvo techninė priežiūra (pateikti gamintojo įgaliojimą tiekėjui ar kitai įmonei, su kuria tiekėjas sudaręs sutartį). Gedimo šalinimas per 24 val. nuo raštiško pranešimo gavimo.	
14.	Įranga pristatoma Žolyno g. 34, Vilnius.	