

SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS - Donorinės sulankstomos mobilios lovos

PERKAMAS KIEKIS – 11 vnt.

REIKALAVIMAI:

Eil. Nr.	Reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Paskirtis	Skirta kraujo paėmimo iš donoro procedūroms mobiliuose punktuose.
2.	Savybės	Galimybė atlikti procedūras gulimoje pozicijoje, taip pat fiksuojamu pusiau gulimu / pusiau sėdimu kampu pozicijose ir su pakeltu kojūgaliu.
		Galvos atlošas turi turėti pagalvėlę.
		Paminkštintas porankis naudojamas dešinėje ir kairėje lovos pusėse su galimybe lengvai keisti poziciją.
		Sulankstytos lovos ilgis ne daugiau 120 cm, t. y. turi atitikti galimybę transportuoti įstaigoje turimuose automobiliuose.
		Paviršiai lengvai valomi, atsparūs dezinfekavimo medžiagoms.
3.	Ergonomiškumas	Transportuoti gali vienas asmuo - lovos svoris su porankiu iki 16 kg.
		Komfortabilus aukštis donorui ir venos punkcijai – sėdimosios dalies aukštis ne didesnis kaip 65 cm, lovos aukštis iki porankio ne mažesnis kaip 70 cm.
4.	Tvirtumas	Tvirtas metalinis rėmas.
		Tvirti lankstūs sujungimai.
		Procedūrų atlikimo metu lovos kojos fiksuojasi.
		Tvirta lovos minkštoji dalis.
		Turi išlaikyti ne mažesnę kaip 130 kg svorį.
6.	Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba	
7.	Nurodyti dokumento pavadinimą ir vietą (puslapį, punktą, pastraipą ir pan.), kurioje yra informacija apie siūlomos įrangos atitiktį nustatytiems pirkimų sąlygų reikalavimams.	
8.	Darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su donorinėmis sulankstomomis mobiliomis lovomis ir jiems turi būti išduoti tai patvirtinantys dokumentai.	
9.	Pateikti į Nacionalinį kraujo centrą vieną donorinę sulankstomą mobilią lovą ne trumpesniam kaip 10 darbo dienų išbandymo laikotarpiui.	
10.	Suteikiama ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.	
11.	Įranga pristatoma: – VŠĮ Nacionalinis kraujo centras, Žolyno g. 34, Vilnius – 4 vnt.; – VŠĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialas, Naikupės g. 28, Klaipėda – 3 vnt.; – VŠĮ Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filialas, Nemuno g. 75, Panevėžys – 4 vnt.	