

**LANCETŲ (PLIENINIŲ SKALIFIKATORIŲ) KAPILIARINIO KRAUJO PAĖMIMUI IŠ PIRŠTO  
SPECIFIKACIJA**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Reikalavimai pirkimo objektui</b>
1.	Pirkimo objektas – lancetai (plieniniai skalifikatoriai) kapiliarinio kraujo paėmimui iš piršto.
2.	Planuojamas kiekis – 260 000 vnt.
3.	Privalo turėti CE ženklavimo atitikties sertifikatą. Pateikti atitikties deklaracijos kopiją.
4.	Sterilūs (atitinka EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą arba pateikti lygiavertį atitikties sertifikatą). Pateikti atitikties kopiją.
5.	Turi atitikti MN 4:2009 “Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento” reikalavimus. Pateikti atitikties kopiją.
6.	Dūrio gylis ne mažiau 3mm.
7.	Kiekvienas lancetas individualiame steriliame įpakavime.
8.	Kiekviena pristatoma prekės serija turi būti sertifikuota pagal kokybės kontrolės procedūrą. Pateikti patvirtinimą, pasirašytą Tiekėjo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, kad kokybės sertifikatai išduodami kiekvienai prekių serijai. Pateikti dokumento kopiją.
9.	Pateikti lancetų (plieninių skalifikatorių) pavyzdžius.
10.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo įgaliojimo kopiją, suteikiančią teisę platinti jo gaminius (jeigu tiekėjas nėra siūlomų prekių gamintojas).
11.	Prekės pristatomos ne vėliau kaip po 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo datos. Skubiais atvejais 3 dienų laikotarpyje.
12.	Sutartis sudaroma 36 mėn.