

MEDICINOS ĮRANGOS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Bendrieji kokybės reikalavimai | Kitos pirkėjo pastabos bei reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis 3 metams |
|----------|---|---|--|-----------|-----------------|
| 1. | Sterilūs tvarstukai | 1. Prekių kokybė, priklausomai nuo paskirties, turi atitikti MN 4:2009 "Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento" reikalavimus. 2. Pateikti CE atitikties sertifikatus. 3. Gamintojo patvirtinimą, kad kokybės ir sterilumo sertifikatai (lietuvių ar anglų kalba) išduodami kiekvienai pateikiamai prekių serijai. 4. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos. 5. Pateikti prekės ir sertifikato pavyzdžius. | Vienkartiniai, sterilūs, 7,5 x 7,5 cm. dydžio, neaustinės medžiagos, 6 sluoksnių. Supakuota sterilioje pakuotėje po 4 vnt. | Pak. | 600 000 |
| 2. | Bintas nesterilus tvarstis | 1. Prekių kokybė, priklausomai nuo paskirties, turi atitikti MN 4:2009 "Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento" reikalavimus. 2. Pateikti CE atitikties sertifikatus. 3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos. 4. Pateikti prekės pavyzdžius su originalia pakuote. | Iš 100% medvilnės, neimpregnuoti, lengvai išvyniojami, lygiais kraštais, pagaminta 100% balintų medvilnės siūlų, ne mažiau 17 siūlų / kv.cm, tankis - 29±1gr/m ² . Siūlo storis 32,S, audimo tankumas S26x18. Išmatavimai 5 x10 cm. | Vnt. | 100 000 |
| 3. | Sterilūs tamponėliai kraujo ėmimo procedūroms | 1. Prekių kokybė, priklausomai nuo paskirties, turi atitikti MN 4:2009 "Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento" reikalavimus. 2. Pateikti CE atitikties sertifikatus (lietuvių ar anglų kalba). 3. Gamintojo patvirtinimą, kad kokybės ir sterilumo sertifikatai (lietuvių ar anglų kalba) išduodami kiekvienai pateikiamai prekių serijai. 4. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos. 5. Pateikti prekės ir sertifikato pavyzdžius. | Pagaliukai su vata, sterilūs, donoro rankos odos apruošimui. Pagaliuko ilgis apie 10-15 cm., vienas galas apsuktas vatos suktuku, ne mažesniu skersmeniu nei 1 cm. Sterilioje pakuotėje. | Vnt. | 400 000 |
| 4. | Adatos vakuuminei kraujo paėmimo sistemai | 1. Prekių kokybė, priklausomai nuo paskirties, turi atitikti MN 4:2009 "Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento" reikalavimus. 2. Pateikti CE atitikties sertifikatus (lietuvių ar anglų kalba). 3. Gamintojo patvirtinimą, kad kokybės sertifikatai (lietuvių ar anglų kalba) išduodami kiekvienai pateikiamai prekių serijai. 4. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos. 5. Pateikti prekės ir sertifikato pavyzdžius. | Sterilios, 21 G x 1½ dydžio. | Vnt. | 6 000 |

| | | | | | |
|----|--|--|---|------|-------|
| 5. | Vienkartinės adatos injekcijoms | <p>1. Prekių kokybė, priklausomai nuo paskirties, turi atitikti MN 4:2009 “Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento” reikalavimus.</p> <p>2. Pateikti CE atitikties sertifikatus (lietuvių ar anglų kalba).</p> <p>3. Gamintojo patvirtinimą, kad kokybės ir sterilumo sertifikatai (lietuvių ar anglų kalba) išduodami kiekvienai pateikiamai prekių serijai.</p> <p>4. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos.</p> <p>5. Pateikti prekės ir sertifikato pavyzdžius.</p> | Vienkartinės, sterilios, 1,6 x 40 (21G), apirogeniškos. | Vnt. | 1 500 |
| 6. | Laikikliai (adapteriai) vakuuminės kraujo paėmimo sistemos adatoms | <p>1. Prekių kokybė, priklausomai nuo paskirties, turi atitikti MN 4:2009 “Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento” reikalavimus.</p> <p>2. Pateikti CE atitikties sertifikatus (lietuvių ar anglų kalba).</p> <p>3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos.</p> <p>4. Pateikti prekės pavyzdžius.</p> | Plastikiniai, nesterilūs. | Vnt. | 6 000 |
| 7. | Timpa (varžtis) | <p>1. Prekių kokybė, priklausomai nuo paskirties, turi atitikti MN 4:2009 “Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento” reikalavimus.</p> <p>2. Pateikti CE atitikties sertifikatus (lietuvių ar anglų kalba).</p> | Tvirta, su plastikiniu užsegimu, lengvas ir patikimas fiksavimas, paviršius lengvai valomas ir dezinfekuojamas. | Vnt. | 350 |
| 8. | Vata medicininė | <p>1. Prekių kokybė, priklausomai nuo paskirties, turi atitikti MN 4:2009 “Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento” reikalavimus.</p> <p>2. Pateikti CE atitikties sertifikatus (lietuvių ar anglų kalba).</p> <p>4. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos.</p> <p>5. Pateikti prekės ir sertifikato pavyzdžius.</p> | Medicininė, pakuotė po 1 kg. | Kg. | 30 |
| 9. | Marlė | <p>1. Prekių kokybė, priklausomai nuo paskirties, turi atitikti MN 4:2009 “Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento” reikalavimus.</p> <p>2. Pateikti CE atitikties sertifikatus (lietuvių ar anglų kalba).</p> <p>3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos.</p> <p>4. Pateikti prekės pavyzdžius.</p> | Sudėtis 100% medvilnė. Nesterili, medicininė. Plotis ~100 cm., ilgis ~20 m. | m. | 200 |

1. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Nacionalinis kraujo centras, Žolyno g. 34, Vilnius, VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialas Naikupės g. 28, Klaipėda ir VšĮ Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filialas Nemuno g. 75, Panevėžys.

2. Prekės pristatomos Tiekėjo transportu, dalimis pagal Pirkėjo užsakymą.