

Kraujo maišelių vamzdelių užlydymo aparatas su užlydymo rankena  
SPECIFIKACIJA

Eil.nr	Reikalavimai
1.	Galima užlydyti PVC ir EVA vamzdelius diametru nuo 2,5 mm iki 6 mm (bet kokio gamintojo ir bet kokio tipo kraujo maišams).
2.	Šviesinis informacinis indikatorius, užlydymo monitoravimui;
3.	Šviesinis informacinis indikatorius, informuojantis apie tinkamai arba netinkamai įdėtą vamzdelį;
4.	Optinis sensorius
5.	Vamzdelių užlydymo laikas iki 5 sek.±2 sek.
6.	Darbinė aplinkos temperatūra nuo +10°C iki + 35°C
7.	Maitinimas išorinis (220-230 V)
8.	Komplekte turi būti: užlydymo rankena; Užlydymo rankenos laidas ne trumpesnis kaip 1,50 m.; Maitinimo laidas prietaiso pajungimui į tinklą 220 V.
9.	Įranga turi būti ženklinta CE ženklu
10.	Įrangos kokybė turi atitikti Europos tarybos direktyvos 93/42 „Medicinos prietaisai“ ir Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento“ reikalavimus
12.	Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
13.	Darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su įranga ir jiems turi būti išduoti tai patvirtinantys dokumentai.
14.	Gamintojas arba tiekėjas kvalifikuoja įrangą (IQ-installation qualification, OQ-operation qualification, PQ-performance qualification). Gamintojas arba tiekėjas kartu su kraujo maišelių vamzdelių užlydymo aparatu su užlydymo rankena turi pateikti kraujo maišelių vamzdelių užlydymo aparato su užlydymo rankena kvalifikavimo atlikimo protokolus.
15.	Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesių.
16.	Garantiniu laikotarpiu nemokamai atlikti įrangos techninę priežiūrą (pateikti gamintojo įgaliojimą tiekėjui ar kitai įmonei, su kuria tiekėjas sudaręs sutartį). Gedimo šalinimas per 24 val. nuo raštiško pranešimo gavimo.
17.	Techninė įrangos priežiūra pogarantiniu laikotarpiu