

## SPECIFIKACIJA

### PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS:

Medicinos prietaisai – sujungimo plokštelės, tinkančios sterilaus vamzdelių sujungimo aparatui

**PERKAMAS KIEKIS:** 510 pakuočių (1 pakuotė - 140 vnt.)

### REIKALAVIMAI:

1. Sujungimo plokštelės turi tikt šiuo metu naudojamiems Nacionaliniame kraujo centre sterilaus vamzdelių sujungimo aparatams (gamintojas kompanija Terumo, TSCD-II).
2. Polivinilchlorido (PVC) vamzdeliai turi būti sujungiami aukštos temperatūros (iki 300 °C) poveikyje.
3. Viena sujungimo plokštelė turi būti naudojama tik vienam steriliam PVC vamzdelių sujungimui.
4. Sujungimo plokštelės turi būti patalpintos kasetėje.