

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**PIRKIMO OBJEKTAS** – nešiojamas automatinis defibriliatorius.  
**KIEKIS** – 14 vnt.

Eil. Nr.	Reikalavimai
1.	Nešiojami automatiniai defibriliatoriai, nauji, gamintojo įpakavime.
2.	<b>Reikalavimai defibriliatoriui:</b> 1. Defibriliatoriaus impulso forma – bifazinė arba pulsinė bifazinė. 2. Įdiegtas metronomas.
3.	<b>Reikalavimai defibriliavimo galiai:</b> 1. Maksimali galia suaugusiems $\geq 150\text{J}$ . 2. Įkrovimo laikas $< 10$ sekundžių.
4.	<b>Reikalavimai vartotojo sąsajai:</b> 1. Išsamios garsinės ir tekstinės komandos, grafiškas valdymo gidas. 2. Balso komandos ir vizualinės instrukcijos - lietuvių kalba. 3. Ne daugiau kaip 7 valdymo mygtukai. 4. Grafinis LCD ekranas, kuriame atvaizduojama informacija: 4.1. prietaiso būklei stebėti; 4.2. vartotojo vadovo funkcijoms sekti; 4.3. stebėti EKG (elektrokardiograma).
5.	<b>Reikalavimai duomenų įrašymui ir perdavimui: į SD atminties kortelę įrašoma:</b> 1. EKG (ne mažiau 1 val 30 min trukmes). 2. Darbo su prietaisu eiga. 3. Aplinkos triukšmo (ne mažiau 1 val 30 min trukmes).
6.	<b>Reikalavimai baterijai:</b> 1. DC $\geq 11,5$ voltų. 2. Ne mažiau 2,0 Ah talpos, ličio. 3. Baterijos galiojimas ne mažiau 5 metų. 4. Baterijos talpa užtikrina ne mažiau 150 šoko impulsų iškrovų (maksimalios galios) arba ne mažiau nei 200 minučių stebėjimo ( $\pm 5\%$ ).
7.	<b>Reikalavimai naudojimui aplinkai:</b> 1. Atitinka IPX5 pagal IEC60529 (IP55). 2. Atitinka IP5X pagal IEC60529. 3. Atitinka MILSTD 810G. 4. Darbinė temperatūra nuo 0 iki 45 °C ( $\pm 5^\circ\text{C}$ ).
8.	<b>Defibriliatoriaus techninės savybės:</b> svoris: iki 2,2 kg ( $\pm 5\%$ ).
9.	<b>Reikalavimai defibriliatoriaus komplektacijai:</b> 1. Defibriliatorius. 2. Elektrodai (viena pakuotė, skirti suaugusiems, vienkartiniai) – elektrodu galiojimas ne mažiau 2 metai. 3. Baterija. 4. Transportinis krepšys. 5. Vartotojo instrukcija – lietuvių ir originalo kalbomis.
10.	<b>Nešiojamas defibriliatorius turi atitikti:</b> 1. CE žymas (direktyva MDD93/42/EEC). Pasiūlymo metu pateikiami dokumentai patvirtinantys šį CE žymėjimą ir atitikimą direktyvai. 2. EN 60601 2-4 reikalavimams.

11.	<b>Prietaiso pristatymo metu, kartu pateikiami ir įrangos techniniai pasai</b> (užregistruota reikalinga informacija).
12.	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.
13.	Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesių.
14.	Medicinos personalo apmokymai darbui su prietaisu įskaičiuoti į pasiūlymo kainą (apmokymus atlieka gamintojo sertifikuotas inžinierius, pateikti dokumentus).
15.	Garantinis aptarnavimas ir techninė priežiūra atliekama gamintojo įgalioto ir sertifikuoto inžinieriaus ( <b>pateikti sertifikatų kopijas</b> ).
16.	Nešiojami profesionalūs defibriliatoriai pristatomas per 30 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo.
17.	Dokumentai, kuriuose yra duomenys apie siūlomus techninius parametrus pateikiami lietuvių arba originalo kalba ir jų vertimas į lietuvių kalbą