

## SPECIFIKACIJA

### 1 PIRKIMO OBJEKTAS

Konservuoto kraujo atvėsavimo įranga darbu mobiliuose punktuose (transportavimo dėžė su atvėsavimo elementu)

**PERKAMAS KIEKIS – 25 vnt.**

#### REIKALAVIMAI:

Eil. Nr.	Reikalavimai pirkimo objektui
1.	Įranga užtikrina tuoj po donacijos konservuoto kraujo atvėsimą ne ilgiau kaip per 2 valandas iki $22^{\circ} \text{C} \pm 2^{\circ} \text{C}$ temperatūros ir ją palaiko iki 24 valandų, aplinkos temperatūrai esant $+30^{\circ} \text{C}$
2.	Kiekviena dėžė talpina po 6-8 ne mažesnius kaip 500 ml tūrio kraujo maišus.
3.	Atvėsavimo elementų matmenys turi būti ne didesni 50 cm × 40 cm, t. y. atitikti įstaigoje turimų šaldytuvų vidinius matmenis.
4.	Dėžės su atvėsavimo elementais darbu mobiliomis sąlygomis turi būti:
4.1.	ergonomiškos;
4.2.	termoizoliuotos, atvėsinto kraujo iki $22^{\circ} \text{C} \pm 2^{\circ} \text{C}$ temperatūros palaikančios iki 24 valandų.
5.	Įrangos paviršiai lengvai valomi, atsparūs dezinfekavimo medžiagoms.
6.	Įranga turi būti ženklinta CE ženklu.
7.	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
8.	Nurodyti dokumento pavadinimą ir vietą (puslapį, punktą, pastraipą ir pan.), kurioje yra informacija apie siūlomos įrangos atitiktį nustatytiems pirkimų sąlygų reikalavimams.
9.	Gamintojo, tiekėjo arba subtiektėjo atstovas kvalifikuoja įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification, PQ – performance qualification) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prietaiso pristatymo. Įrangos kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. Vykdytojas privalo turėti praktinės patirties kvalifikuojant įrangą (pateikti tai patvirtinančio dokumento kopiją). Matavimams naudojama įranga turi turėti galiojantį kalibravimo liudijimą arba patikros sertifikatą.
10.	Darbuotojai turi būti apmokyti dirbti konservuoto kraujo atvėsavimo įranga ir jiems turi būti išduoti tai patvirtinantys dokumentai.
11.	Įrangos kokybė turi atitikti Europos tarybos direktyvos 93/42 „Medicinos prietaisai“ reikalavimus.
12.	Suteikiama ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantija.
13.	Įranga pristatoma adresu Žolyno g. 34, Vilnius.

### 2 PIRKIMO OBJEKTAS

Konservuoto kraujo atvėsavimo įranga darbu mobiliuose punktuose (transportavimo dėžė)

**PERKAMAS KIEKIS – 15 vnt.**

#### REIKALAVIMAI:

Eil. Nr.	Reikalavimai pirkimo objektui
1.	Transportavimo dėžės turi tikt šiuo metu darbu mobiliuose punktuose naudojamiems atvėsavimo elementams (gamintojas Fresenius Kabi).
2.	Kiekviena dėžė talpina po 6-8 kraujo maišus su atvėsavimo elementais.
3.	Transportavimo dėžės turi būti termoizoliuotos, su dėžėje esančiais atvėsavimo elementais atvėsinto kraujo iki $22^{\circ} \text{C} \pm 2^{\circ} \text{C}$ temperatūrą palaikančios iki 24 valandų.
4.	Dėžės paviršiai lengvai valomi, atsparūs dezinfekavimo medžiagoms.
5.	Įranga pristatoma adresu Žolyno g. 34, Vilnius.