

AUTOMATINIAI KRAUJO KOMPONENTŲ SEPARATORIAI SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS: automatiniai kraujo komponentų separatoriai

KIEKIS – 4 vnt.

REIKALAVIMAI:

Eil. Nr.	Reikalavimai	Reikalavimo reikšmė
1.	Paskirtis	Automatinis kraujo komponentų atskyrimas po konservuoto kraujo centrifugavimo ir eritrocitų užpylimas pridėtiniu tirpalu Automatinis trombocitų koncentrato atskyrimas po trombocitais turtingos plazmos centrifugavimo Automatinis trombocitų koncentrato atskyrimas po leukocitų – trombocitų sluoksnių centrifugavimo Tinka krioprecipitato ruošimui Duomenų išsaugojimo ir perdavimo galimybė (būtinai brūkšninių kodų skaitytuvas)
2.	Įrangos savybės	Įranga universali, tinka įvairių gamintojų kraujo maišeliams Įranga tinka įvairių tipų kraujo maišeliams: TOP/TOP, TOP/Bottom, su integruotu leukocitų filtru Kraujo maišelių vamzdelių gnybtai Automatinis kraujo maišelių vamzdelių užlydymas – sandarinimo trukmė iki 8 sekundžių Adaptuota optinių jutiklių sistema plazmos, kraujo komponentų ir vamzdelių medžiagos diferencijavimui Tėkmės reguliavimas nuo 0 iki maksimumo Automatinis oro išstūmimas iš plazmos maišelio Kraujo komponentų svėrimas Integruota valdymo panelė
3.	Atskyrimo kokybės reikalavimai	Eritrocitai atsargiai ir tolygiai atskirti Plazma be liekamųjų ląstelių Trombocitai atitinkantys kokybės reikalavimus
4.	Elektros tinklas	AC 240 V ± 10 %, 50/60 Hz
5.	Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.	
6.	Automatinio kraujo komponentų separatoriaus veikimui užtikrinti nereikalinga papildoma įranga.	
7.	Darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su automatinio kraujo komponentų separatoriumi ir jiems turi būti išduoti tai patvirtinantys dokumentai.	
8.	Įrangos kokybė turi atitikti Europos tarybos direktyvos 93/42 reikalavimus. Įranga turi būti ženklinta CE ženklu.	
9.	Suteikiama ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantija.	
10.	Prekę pristato ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.	
11.	Pardavėjas Prekę pristato savo transportu ir lešomis adresu – VšĮ Nacionalinis kraujo centras Panevėžio filialas, Nemuno g. 75, Panevėžys – 1 vnt.; – VšĮ Nacionalinis kraujo centras Klaipėdos filialas, Naikupės g. 28, Klaipėda – 3 vnt.	
12.	Gamintojas arba tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nemokamai atlieka perkamos įrangos kvalifikavimą (IQ, OQ, PQ) bei pateikia įrangos kvalifikavimo atlikimo ataskaitas.	

	Atliekamas įrangos derinimas, kad pagaminti kraujo komponentai atitiktų kokybės reikalavimus (darbai atliekami įrangos pristatymo vietoje, per 30 kalendorinių dienų nuo jos pristatymo).
13.	Garantiniu laikotarpiu nemokamai atlikti automatinio kraujo komponentų separatoriaus techninę priežiūrą (būtina pateikti gamintojo išduotą sertifikatą, liudijantį, kad tiekėjas turi tokias technines galimybes ir tinkamai apmokytus specialistus).
14.	Garantinio laikotarpio metu gedimo šalinimas per 24 val. nuo raštiško arba žodinio pranešimo gavimo.
15.	Užtikrinti techninę aparato priežiūrą pogarantiniu laikotarpiu, pateikiant gamintojo išduotą sertifikatą, liudijantį, kad tiekėjas turi tokias technines galimybes ir tinkamai apmokytus specialistus.