

## KRAUJO KOMPONENTŲ APŠVITINIMO (JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS) PASLAUGA

### SPECIFIKACIJA

**Kiekis** - nurodytas 1 priede. Nurodyti kiekiai yra preliminarūs, apšvitinimo paslauga kraujo komponentams bus užsakoma dalimis, pagal poreikį.

**Reikalavimai pirkimo objektui:**

1. Paslaugos teikėjas turi turėti licenciją veiklai su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais .
2. Paslaugos teikėjas turi turėti patvirtintą apšvitinimo procedūrą aprašantį dokumentą.
3. Apšvitinimas turi būti atliekamas gama spinduliais su įranga, skirta kraujo komponentų apšvitinimui.
4. Kraujo komponentai apšvitinami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, įsakymus ir normas.
5. Apšvitinimo intensyvumas turi būti 25 - 50 GY.
6. Kraujo komponentų apšvitinamas identifikuojamas etikete su apšvitinimo atžyma, nurodyta procedūros atlikimo data ir laiku arba apšvitinimo indikatoriumi su nurodyta procedūros atlikimo data ir laiku.
7. Paslaugos teikėjas apšvitinimą turi atlikti tą pačią dieną ne ilgiau kaip per 1 valandą nuo kraujo komponento pateikimo.
8. Preliminarus apšvitinamų kraujo komponentų kiekis:

Eil. Nr.	Prekių, paslaugų pavadinimas	Preliminarus kiekis 36 mėn.	Mato vnt.
1.	Apšvitinimo paslauga eritrocitams be leukocitų pridėtiniame tirpale	300	Vnt.
2.	Apšvitinimo paslauga sukauptiesiems trombocitams, gautiems iš konservuoto kraujo, be leukocitų	150	Vnt.
3.	Apšvitinimo paslauga trombocitams, gautiems aferezės būdu, be leukocitų	150	Vnt.

Sutarties trukmė – 36 mėnesiai.