

**MEDICINOS ĮRANGOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, REMONTAS,  
METROLOGINĖ PATIKRA**

**SPECIFIKACIJA**

1 pirkimo objektas – Greito kraujo plazmos užšaldymo šaldiklių techninė priežiūra ir remontas

Pirkimo objektas	Įrangos pavadinimas	Kiekis vnt.	Paslaugos	Pastabos
1	Greito kraujo plazmos užšaldymo šaldiklis MBF42 Gamintojas: Dometic, Liuksemburgas	1 vnt.	<p><b>Techninė priežiūra 1 kartą per metus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oro cirkuliacijos patikrinimas;</li> <li>- kompresorių valymas;</li> <li>- užšaldymo režimo patikrinimas.</li> </ul> <p>Bandyminio daviklio kalibravimas 1 kartą per 2 metus( pateikti patikros sertifikata/kalibravimo liudijimą).</p> <p><b>Avarinis iškvietimas ( remontas).</b></p> <p><b>Dalys:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Išorinis temperatūrinis daviklis</li> <li>- Šaldymo stalo variklis 24V DC</li> <li>- Stalo galinės padėties daviklis</li> <li>- Kompresorius Bitzer 4CC 6.2Y 380-420V (arba analogiškas)</li> <li>- Šaldymo stalo tarpinės komplektas -2 kompl.</li> <li>- Solenoidinis vožtuvas Danfoss EVR 3 NC</li> <li>- Solenoidinis vožtuvas Danfoss EVR 6 12mm</li> <li>- Valdymo displėjus ir kontroleris JUMO Imago 500</li> <li>- Aušintuvo ventiliatoriaus apsisukimų greičio reguliatorius Danfoss RGE-Z1N4-7DS tipo</li> </ul>	<p>Žolyno g. 34, Vilnius Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti gamintojo arba jo įgaliotos įmonės atstovai. <b>Pateikti tai patvirtinančio dokumento kopiją</b> (gamintojo išduotas įgaliojimas, apmokymų sertifikatas).</p>
	Greito kraujo plazmos užšaldymo šaldiklis MBF12 Gamintojas: Dometic, Liuksemburgas	1 vnt.	<p><b>Techninė priežiūra 1 kartą per metus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oro cirkuliacijos patikrinimas;</li> <li>- filtrų valymas;</li> <li>- kompresorių valymas;</li> <li>- užšaldymo režimo patikrinimas.</li> </ul> <p>Bandyminio daviklio kalibravimas 1 kartą per 2 metus( pateikti patikros sertifikata/kalibravimo liudijimą)</p> <p><b>Avarinis iškvietimas ( remontas).</b></p>	<p>Nemuno g. 75, Panevėžys Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti gamintojo arba jo įgaliotos įmonės atstovai. <b>Pateikti tai patvirtinančio dokumento kopiją</b> (gamintojo išduotas įgaliojimas, apmokymų sertifikatas).</p>

	Greito kraujo plazmos užšaldymo šaldiklis MBF12 Gamintojas: Dometic, Liuksemburgas	1 vnt.	<b>Dalys:</b> - Šaldymo stalo tarpinės komplektas-4 kompl. - Kompresorius Bitzer 2CC 3.2Y 380-420V (arba analogiškas) - Išorinis temperatūrinis daviklis - Šaldymo stalo variklis 24V DC - Stalo galinės padėties daviklis - Solenoidinis vožtuvas Danfoss EVR 3 NC - Solenoidinis vožtuvas Danfoss EVR 6 12mm - Valdymo displėjus ir kontroleris JUMO Imago 500 - Aušintuvo ventiliatoriaus apsisukimų greičio reguliatorius Danfoss RGE-Z1N4-7DS tipo	Naikupės g. 28, Klaipėda Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti gamintojo arba jo įgaliotos įmonės atstovai. <b>Pateikti tai patvirtinančio dokumento kopiją</b> (gamintojo išduotas įgaliojimas, apmokymų sertifikatas).
--	--	--------	--	---

**2 pirkimo objektas – Automatinių kraujo surinkimo maišytuvų su užlydymu techninė priežiūra ir remontas**

Pirkimo objektas	Įrangos pavadinimas	Kiekis vnt.	Paslaugos	Pastabos
2	Automatinis kraujo surinkimo maišytuvas su užlydymu DOCON Gamintojas: Macopharma, Prancūzija	4 vnt.	<b>Techninė priežiūra 2 kartai per metus:</b> - Išorinė apžiūra, svėrimo funkcijos patikra; - Vidinių parametrų nustatymas;	Žolyno g. 34, Vilnius Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti gamintojo arba jo įgaliotos įmonės atstovai. <b>Pateikti tai patvirtinančio dokumento kopiją</b> (gamintojo išduotas įgaliojimas, apmokymų sertifikatas).
	Automatinis kraujo surinkimo maišytuvas su užlydymu DOCON Gamintojas: Macopharma, Prancūzija	2 vnt.	- Baterijų krovimo parametrų patikra; <b>Avarinis iškvietimas(remontas)</b> <b>Dalys:</b> - vamzdelių užlydymo rankena;	Nemuno g. 75, Panevėžys Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti gamintojo arba jo įgaliotos įmonės atstovai. <b>Pateikti tai patvirtinančio dokumento kopiją</b> (gamintojo išduotas įgaliojimas, apmokymų sertifikatas).
	Automatinis kraujo surinkimo maišytuvas su užlydymu DOCON Gamintojas: Macopharma, Prancūzija	2 vnt.	- vamzdelio užspaudimo mechanizmas; - svėrimo modulis; - klaviatūra; - pagrindinė plokštė; - svėrimo lėkštė; - sandarinimo žiedai; - užlydymo modulis.	Naikupės g. 28, Klaipėda Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti gamintojo arba jo įgaliotos įmonės atstovai. <b>Pateikti tai patvirtinančio dokumento kopiją</b> (gamintojo išduotas įgaliojimas, apmokymų sertifikatas).

3 pirkimo objektas – Buitinių šaldytuvų ir šaldiklių techninė priežiūra ir remontas

Pirkimo objektas	Įrangos pavadinimas	Kiekis vnt.	Paslaugos	Pastabos
3	Buitinis šaldytuvas Snaigė CD 350	8 vnt.	<b>Techninė priežiūra 1 kartą per metus:</b> - bendro stovio ir veikimo patikrinimas.  <b>Avarinis iškvietimas (remontas)</b> <b>Dalys ir darbai:</b> - kompresorius ir jo pakeitimas; - termostatas ir jo pakeitimas; - šaldytuvo relė ir pakeitimas; - papildymas freonu.	Nemuno g. 75, Panevėžys
	Šaldiklis Liebher	2 vnt.		
	Šaldiklis GLE 40	1 vnt.		
	Buitinis šaldytuvas Snaigė CD 350	1 vnt.		S. Daukanto g. 90, Šiauliai
	Buitinis šaldytuvas Snaigė RF27SM	1 vnt.		

4 pirkimo objektas – Alkotesterių metrologinė patikra

Pirkimo objektas	Įrangos pavadinimas	Kiekis vnt.	Paslaugos	Pastabos
4	Alkotesteris ALCOTEST 6810 Gamintojas Drager, Vokietija	1 vnt.	<b>Atlikti metrologinę patikrą 2 kartus per 1 metus ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus</b> Metrologinę patikrą gali atlikti tik Valstybinės metrologijos inspekcijos paskirti asmenys. Metrologinė patikra turi būti atliekama Valstybinės metrologijos inspekcijos nustatytais terminais ir pagal jos patvirtintas patikros metodikas.	Nemuno g. 75, Panevėžys
	Alkotesteris ALCOTEST 6810 Gamintojas Drager, Vokietija	2 vnt.		Žolyno g. 34 Vilnius

5 pirkimo objektas – Elektroninių svarstyklių metrologinė patikra

Pirkimo objektas	Įrangos pavadinimas	Kiekis vnt.	Paslaugos	Pastabos
5	Elektroninės svarstyklės CAS SW-1	7 vnt.	<b>Atlikti metrologinę patikrą 1 kartą per 2 metus ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus</b>	Nemuno g. 75, Panevėžys Metrologinę patikrą gali atlikti tik Valstybinės metrologijos inspekcijos paskirti asmenys. Metrologinė patikra turi būti atliekama Valstybinės metrologijos inspekcijos nustatytais terminais ir pagal jos patvirtintas patikros metodikas.
	Elektroninės svarstyklės su ūgio matuokliu SECA 799	2 vnt.		

6 pirkimo objektas –Svarsčių ir termometrų metrologinė patikra

Pirkimo objektas	Įrangos pavadinimas	Kiekis vnt.	Paslaugos	Pastabos
6	Svarsčiai Kern M3 klasė, 500 g	7 vnt.	Atlikti metrologinę patikrą 1 kartą per 2 metus ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus	Nemuno g. 75, Panevėžys Metrologinę patikrą gali atlikti tik Valstybinės metrologijos inspekcijos paskirti asmenys. Metrologinė patikra turi būti atliekama Valstybinės metrologijos inspekcijos nustatytais terminais ir pagal jos patvirtintas patikros metodikas.
	Stikliniai termometrai TC-7-M1	10 vnt.	Atlikti metrologinę patikrą 1 kartą per 5 metus ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus	

7 pirkimo objektas – Elektroninių svarstyklių, kraujospūdžio matuoklių, termometrų ir alkotesterių metrologinė patikra, termoizoliacinio konteinerio kalibravimas

Pirkimo objektas	Įrangos pavadinimas	Kiekis vnt.	Paslaugos	Pastabos
7	Mechaninis kraujospūdžio matuoklis BP AGI-20	4 vnt.	Atlikti metrologinę patikrą 1 kartą per 2 metus ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus	Nemuno g. 75, Panevėžys Metrologinę patikrą gali atlikti tik Valstybinės metrologijos inspekcijos paskirti asmenys. Metrologinė patikra turi būti atliekama Valstybinės metrologijos inspekcijos nustatytais terminais ir pagal jos patvirtintas patikros metodikas.
	Automatinis kraujospūdžio matuoklis UA-767 Plus 30	2 vnt.		
	Automatinis kraujospūdžio matuoklis M6 AC	3 vnt.		
	Automatinis kraujospūdžio matuoklis Omron M6 Comfort	1 vnt.		
	Automatinis kraujospūdžio matuoklis Boso medicus	5 vnt.		

**8 pirkimo objektas – Elektroninių svarstyklių, kraujospūdžio matuoklių, termometrų ir alkotesterių metrologinė patikra, termoizoliacinio konteinerio kalibravimas**

<b>Pirkimo objektas</b>	<b>Įrangos pavadinimas</b>	<b>Kiekis vnt.</b>	<b>Paslaugos</b>	<b>Pastabos</b>
8	Mobilus termoizoliacinis konteineris Coldvay Freether BI 55R	1 vnt.	<b>Atlikti kalibravimą 1 kartą per metus ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus</b>	Nemuno g. 75, Panevėžys Metrologinę patikrą gali atlikti tik Valstybinės metrologijos inspekcijos paskirti asmenys. Metrologinė patikra turi būti atliekama Valstybinės metrologijos inspekcijos nustatytais terminais ir pagal jos patvirtintas patikros metodikas.