

## SPECIFIKACIJA

Automatinis kraujo maišelių vamzdelių nubraukėjas – 2 vnt.

Eil. Nr.	Specifikacija	Reikalavimas
1.	Paskirtis	Automatinis PVC ir EVA vamzdelių nubraukėjas
2.	Įrangos galimybės	Automatinis vamzdelių nubraukėjas Nubraukimo starto aktyvavimas įrenginio rankenos pagalba Galimybė keisti nubraukimo greitį (iki 400 mm per sekundę) Galimybė pritaikyti nubraukėją įvairiems kraujo maišelių vamzdelių diametrams (iki 6.5mm) Automatinis sustojimas nubraukimo metu, kai pasiekiamas kraujo maišelis Automatinis vamzdelio centravimas išspaudimo metu Galimybė keisti įrenginio konfigūraciją kairiarankiams ir dešiniarankiams Plastikinis laikiklis stacionariam naudojimui
3.	Svoris	Be maitinimo šaltinio iki 700 g
4.	Darbo sąlygos	Aplinkos temperatūra nuo +10°C iki + 30°C Santykinė drėgmė nuo 15 iki 60 %
6.	Elektros šaltinis	Išorinis 220-240V, 50/60 Hz Apsauga nuo perkrovos ir trumpo sujungimo
7.	Išmatavimai be stacionaraus laikiklio	Ne daugiau kaip 150 x 80 x 180 mm
8.	Įranga turi būti ženklinta CE ženklu	
9.	Transportavimo dėžė	
10.	Įrangos kokybė turi atitikti Europos tarybos direktyvos 93/42 „Medicinos prietaisai“ ir Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento“ reikalavimus	
11.	Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba	
12.	Darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su prietaisu ir jiems turi būti išduoti tai patvirtinantys dokumentai.	
13.	Gamintojas arba tiekėjas kvalifikuoja įrangą (IQ-installation qualification, OQ-operation qualification, PQ-performance qualification). Gamintojas arba tiekėjas kartu su prietaisu turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus.	
14.	Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija	
15.	Garantiniu laikotarpiu nemokamai atlikti prietaiso techninę priežiūrą (pateikti gamintojo įgaliojimą tiekėjui ar kitai įmonei, su kuria tiekėjas sudaręs sutartį). Gedimo šalinimas per 24 val. nuo raštiško pranešimo gavimo.	
16.	Techninė įrangos priežiūra pogarantiniu laikotarpiu	